



ประกาศกรมสุขภาพจิต
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์

ด้วย กรมสุขภาพจิต โดยโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ มีความประสงค์สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๔ เครื่อง ดังต่อไปนี้:-

ราคากลางของพัสดุที่สอบราคาซื้อครั้งนี้ เป็นเงิน ๓๐๐,๐๐๐.- บาท (-สามแสนบาทถ้วน-)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคล/บุคคลธรรมด้า/คณะบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว

๒. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ที่งานของทางราชการและได้แจ้งเรียนชื่อแล้ว/ หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคล หรือบุคคลอื่นเป็นผู้ที่งานตามระเบียบของทางราชการ

๓. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาย่างเป็นธรรม ตาม ข้อ 1.5

๔. ผู้เสนอราคา ต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารชี้หัวใจความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ และความคุ้มกันเช่นว่านี้

กำหนดการสอบราคา

- ขอรับเอกสารการสอบราคา ได้ที่ ฝ่ายพัสดุและการจัดซื้อ โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น ราชนครินทร์ โทร. ๐-๔๓๒๐-๕๕๕๕ ต่อ ๖๓๓๐๔, ๖๓๓๐๕ ระหว่างวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๖ ในวันเวลาราชการ

- ยื่นซองเสนอราคา ตั้งแต่วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๖.

ในวันเวลาราชการ

- เปิดซองเสนอราคาและพิจารณาราคา วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ น.

เป็นตน ไปยังกว่าจะแล้วเสร็จ ณ โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์

/ เสื่อนไข...

คุณลักษณะ
เครื่องวัดความดันโลหิตและชีพจรแบบอัตโนมัติ

ความต้องการ

เครื่องวัดความดันโลหิตและชีพจร แบบอัตโนมัติ จำนวน 4 เครื่อง


คุณลักษณะทั่วไป

สำหรับวัดความดันโลหิตและชีพจรชนิดไม่แทะเส้น (Non invasive blood Pressure)

คุณลักษณะเฉพาะ


1. วัดความดันโลหิตระบบสายเดี่ยว หน่วยการวัดเป็นมิลลิเมตรปอร์ท (mm Hg)
2. ตัวเครื่องมีหน้าจอ เคลื่อนย้ายได้สะดวกโดยมีชูหัวอยู่ด้านหลังตัวเครื่อง ตัวเครื่องมีน้ำหนักประมาณ 2.1 กิโลกรัม
3. แรงดันผ้าพันแขน 0-300 มิลลิเมตรปอร์ท สามารถปรับแรงดันของลม (Pressure Preset Level)
 - 3.1 มีปุ่มปรับความดัน (Pressure Preset Button) ซึ่งสามารถปรับแรงดันของลมได้แบบ 1 Pressure Cycle ซึ่งสามารถตั้งได้ 5 ระดับ (120, 140, 180, 200)
4. วัดค่า Systolic สูงสุด 250 มิลลิเมตรปอร์ท – ต่ำสุด 60 มิลลิเมตรปอร์ท
วัดค่า Diastolic สูงสุด 160 มิลลิเมตรปอร์ท – ต่ำสุด 30 มิลลิเมตรปอร์ท
5. Pulse Rate สูงสุด 200 bpm. – ต่ำสูง 40 bpm.
6. ค่าความคลาดเคลื่อนของ Pulse Rate $\pm 5.0\%$
7. สามารถแสดงค่า MEAN ARTERIAL PRESSURE (MAP) ได้
8. ความแม่นยำของการวัดความดันโลหิต ได้ตามมาตรฐาน IEC/EN 60601-1-2
9. มีหน้าจอ LCD ใหญ่สว่าง ตัวเลขและตัวอักษรสีน้ำเงิน ซึ่งทำให้อ่านค่าง่าย
10. สามารถใช้ไฟฟ้า 220 โวลต์ หรือ แบตเตอรี่แบบ Lead acid ชนิดชาร์จได้ทั้ง 2 ระบบ
11. รับประกันคุณภาพ 1 ปี
12. เป็นผลิตภัณฑ์ของทวีปยุโรปหรือประเทศสหราชอาณาจักร
13. ผู้เสนอราคานี้ต้องมีหลักฐานการเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือลูกค้าตั้งตั้ง ให้เป็นตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยที่นำเข้าจำหน่าย


คณะกรรมการกำหนดรายละเอียด

ลงชื่อ 
(นางบุญเรือง ร่วมแก้ว) ประธานกรรมการ

ลงชื่อ 
(นางกัญจน์กนก สุรินทร์ชุมภู) กรรมการ

ลงชื่อ 
(นางศุภรัตน์ เวชสุวรรณ) กรรมการ

ลงชื่อ 
(นางอัชรา ภาชา) กรรมการ

ลงชื่อ 
(นายประภัส อุครานันท์) ผู้รับรองรายละเอียด

ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจิตเวชอนแก่นราชนครินทร์

เงื่อนไข

- การสอบถามราคารั้งนี้ ไม่รับการเสนอราคาทางไปรษณีย์ หรือ ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบถามราคากลุ่มที่การแพทย์ ได้ที่ฝ่ายพัสดุและการจัดซื้อ โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ เลขที่ ๑๖๕ ถนนชาตะพุดง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น วันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึง วันที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ในวันเวลาราชการ หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข ๐-๔๓๒๐-๕๕๕๕ ต่อ ๖๓๓๐๕, ๖๓๓๐๕ ในวันเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖



(นายประภัส อุครานันท์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์

ปฏิบัตรราชการแทนอธิบดีกรมสุขภาพจิต